

# ANAPHYLAXIE

## Symptômes et traitement

### Qu'est-ce que l'anaphylaxie ?

Le terme anaphylaxie désigne une réaction allergique grave pouvant mettre la vie en danger qui survient après l'exposition à un allergène (substance causant une allergie) : aliments (ex. : arachides, mollusques et crustacés, etc.), piqûres d'insecte, certains médicaments, le latex ou autres allergènes.

### Symptômes

Les symptômes typiques de l'anaphylaxie comprennent :

- enflure de la gorge, des lèvres, de la langue, ou du contour des yeux
- difficultés à respirer ou à avaler
- goût métallique ou démangeaisons dans la bouche
- bouffées de chaleur, démangeaisons et rougeur généralisée de la peau
- crampes d'estomac, nausées, vomissements ou diarrhée
- accélération de la fréquence cardiaque
- baisse de la tension artérielle
- pâleur
- faiblesse soudaine
- anxiété ou sentiment négatif accablant
- collapsus
- perte de conscience

Les signes avant-coureurs les plus courants de l'anaphylaxie sont : l'urticaire et l'enflure.

**N'oubliez pas !** Un traitement par un auto-injecteur d'épinéphrine doit être administré immédiatement en cas de réaction allergique grave.

### MODE D'EMPLOI D'ALLERJECT<sup>MC</sup>

Exercez-vous d'abord avec le démonstrateur de formation Allerject<sup>MC</sup>

Les auto-injecteurs Allerject<sup>MC</sup> à assistance vocale sont indiqués pour le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques chez les patients que l'on juge exposés à un risque accru d'anaphylaxie.



1

#### Retirez Allerject<sup>MC</sup> de son étui.

**Ne passez** à l'étape 2 que lorsque vous êtes prêt à utiliser Allerject<sup>MC</sup>. Sinon, remettez-le dans son étui.



2

#### Retirez le dispositif de sécurité ROUGE.

Pour éviter de vous injecter accidentellement, ne touchez jamais à l'extrémité noire de l'auto-injecteur ; c'est de là que sort l'aiguille. En cas d'injection accidentelle, obtenez des soins médicaux immédiatement.

**REMARQUE :** Le dispositif de sécurité est solidement inséré. **Tirez fermement pour le retirer.**



3

#### Placez l'extrémité NOIRE CONTRE le CENTRE de la FACE EXTERNE de la cuisse (à travers les vêtements au besoin), appuyez fermement contre la cuisse et maintenez le dispositif en place pendant cinq secondes.

N'injectez que dans le centre de la face externe de la cuisse (partie supérieure de la jambe). N'injectez pas ailleurs.

**REMARQUE :** Allerject<sup>MC</sup> produit un son distinct (un clic et un sifflement) quand vous l'appuyez contre votre cuisse. Ce son est normal et confirme qu'Allerject<sup>MC</sup> fonctionne correctement.

4

#### Consultez un médecin ou rendez-vous à l'hôpital immédiatement.

Remettez Allerject<sup>MC</sup> dans son étui et apportez-le avec vous lors de votre visite chez le pharmacien ou le médecin, qui vous expliqueront comment le mettre au rebut et le remplacer.

#### Demandez une assistance médicale immédiatement APRÈS avoir utilisé Allerject<sup>MC</sup>

Veuillez consulter le Feuillelet Renseignements pour le consommateur à l'intérieur de votre emballage pour connaître les instructions complètes relatives à la posologie et à l'administration de ce produit.

Advenant une réaction allergique grave et persistante, vous pourriez avoir besoin d'administrer une dose additionnelle d'épinéphrine. L'administration séquentielle de plus de deux doses d'épinéphrine ne peut être faite que sous surveillance médicale directe.

Il est important que vous demandiez une assistance médicale immédiate ou que vous vous rendiez au service des urgences d'un hôpital immédiatement après avoir utilisé Allerject<sup>MC</sup>. Après avoir reçu des soins médicaux, le patient doit rester pendant 48 heures à proximité d'un hôpital ou d'un endroit où il peut faire le 911. Lisez et respectez toujours la notice pour vous assurer qu'Allerject<sup>MC</sup> vous convient.

#### Conservation d'Allerject<sup>MC</sup>

Conservez votre Allerject<sup>MC</sup> à la température ambiante. Ne le réfrigérez pas. Ne l'échappez pas. Inspectez périodiquement la solution de votre Allerject<sup>MC</sup> par la fenêtre du dispositif. Remplacez votre Allerject<sup>MC</sup> si la solution est décolorée ou si elle contient des particules (un précipité) ou au moindre signe de fuite. La solution doit être transparente.



Pour de plus amples renseignements :

[www.allerject.ca](http://www.allerject.ca)

Fabriqué pour sanofi-aventis Canada Inc., Laval (Québec) Canada H7V 0A3